



Број: 01/2018-7
Дана: 27.03.2018.

**ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА У ВЕЗИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ
НАБАВКУ БРОЈ 01/2018 – НАБАВКА АПАРАТА ЗА ФИЗИКАЛНУ ТЕРАПИЈУ
(ЛАСЕРОТЕРАПИЈУ И МАГНЕТОТЕРАПИЈУ)**

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, на допис заинтересованог лица, од 26.03.2018. године који гласи:

„У вези за јавном набавком добара бр. ЈНМВ 01/2018- набавка апарата за физикалну терапију (ласеротерапију и магнетотерапију), за потребе Специјалне болнице за реуматске болести упутили бисмо следећа питања:

- 1. Нејасно је из документације, да ли уз апарат за ласеротерапију треба испоручити тачкасту или кластерску сонду или обе?*
- 2. Које таласне дужине треба да буде/буду ласерска сонда? У конкурсној документацији сте најпре навели 808nm или 904nm, а потом 780nm или 904nm?*
- 3. Које снаге треба да буде ласерска сонда? Најпре наводите 200mW или 500mW, а потом 600 mW? Одлучите се.*
- 4. Које апликаторе треба испоручити уз апарат за магнетну терапију? Најпре наводите 2 тракаста апликатора а потом кичмени и цервикални апликатор и простирку?*

Напомињемо да чланом 10 ЗЈН "Наручилац је дужан да у поступку ЈН омогући што је могуће већу конкуренцију, Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку ЈН неоправданом употребом преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума".

Специјална болница за реуматске болести Нови Сад као Наручилац даје следећи одговор:

Поштовани,

Поводом Ваших питања дајемо следеће одговоре:

1. Уз апарат за ласеротерапију, Понуђач треба да испоручи и тачкасту и кластер сонду (једну тачкасту и једну кластер), како је и наведено у конкурсној документацији.
2. Ласерска(е) сонда(е) треба да буду таласне дужине опсега 808nm-904nm, 780 је ненамерна штампарска грешка у Обрасцу понуде.
3. Ласерска диода треба да буде 200mW или 500mW као што стоји на страни број 4. Конкурсне документације, 600 mW је ненамерна штампарска грешка у Обрасцу понуде.
4. Уз апарат за магнетну терапију, Понуђач испоручује кичмени и цервикални апликатор и магнетну простирку.

Хвала Вам што сте заинтересовани за поступак.
С поштовањем,



КОМИСИЈА ЗА ЈНМВ 01/2018